

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T167-00	شناسنامه آزمایش Anti Phospholipid G
	تاریخ صدور: 1402/10/16 تعداد صفحه: 1	

Anti Phospholipid G	
PL AB-G	نام اختصاری آزمایش
APA	نام های دیگر
803130	کد ملی آزمایش
سرم - پلاسما هیپارینه	نوع نمونه
3 روزکاری	مدت جوابدهی / زمان انجام
- نیاز به ناشتایی ندارد.	آمادگی های لازم قبل از آزمایش
همولیز- ایکتریک- لیپمیک	معیار رد نمونه
1 میلی لیتر	حجم نمونه
نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 5 روز و در دمای 20- < به مدت 3 ماه	مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه
---	سایر آزمایش های مرتبط
- از این تست در بیماران مشکوک به APS (سندرم آنتی فسفولیپید) استفاده می شود. این آنتی بادی سبب ترومبوز (لخته) عروقی در بدن می شود.	کاربرد آزمایش
---	عوامل مداخله گر
- کمک به بررسی تشکیل لخته نامناسب - کمک به تعیین علل سقط مکرر - برای ارزیابی علل PTT طولانی مدت	هدف از انجام آزمایش
گلسا عبدالمجید	گردآورنده
دکتر شاهین مرتضی بیگی	تایید کننده صحت علمی