

 <p>آزمایشگاه پاتوبیولوژی و ژنتیک جردن</p>	کد مدرک: LQS-T218-00	<b>شناسنامه آزمایش B-Cross Laps</b>
	تاریخ صدور: 1402/11/30 تعداد صفحه: 1	

<b>B-Cross Laps</b>	
نام اختصاری آزمایش	CTX
نام های دیگر	---
کد ملی آزمایش	803450
نوع نمونه	سرم- پلاسما EDTA
مدت جوابدهی / زمان انجام	4 روزکاری
آمادگی های لازم قبل از آزمایش	- نیاز به ناشتایی ندارد.
معیار رد نمونه	همولیز
حجم نمونه	2 میلی لیتر
مدت زمان و شرایط نگهداری نمونه	نمونه در دمای 2°C تا 8°C به مدت 8 ساعت و در دمای 20- < به مدت 14 روز
سایر آزمایش های مرتبط	---
کاربرد آزمایش	Beta Cross Laps کلاژن نوع 1 بالغ را اندازه گیری می کند و به عنوان یک نشانگر اختصاصی قابل اعتماد برای تحلیل استخوان پیشنهاد شده است. سطوح با افزایش تحلیل استخوان در بیماران افزایش می یابد.
عوامل مداخله گر	---
هدف از انجام آزمایش	برای نظارت بر میزان تحلیل استخوان در اختلالات متابولیک استخوان
گردآورنده	گلسا عبدالمجید
تایید کننده صحت علمی	دکتر شهاب سلامی